



PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PARTO VUOTO ASSISTITO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA MEDIANTE RICHIESTA SUL MEPA

1. Definizioni –

Il presente Capitolato intende disciplinare la fornitura di dispositivi per parto vuoto assistito per le esigenze dell'AST Macerata di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura.

L'appalto è disciplinato in lotto unico per la motivazione descritta nel Disciplinare di gara.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura riferite al lotto

Descrizione	Fabbisogno 24 mesi
Sistema per il parto vuoto assistito con ventosa KIWI omnicup TFI. Dispositivo completo per il parto vuoto assistito composto da: ● coppetta a forma di fungo con indicatore di forza di trazione da attaccare alla testa fetale diametro della coppetta (mm) 56 ± 2; ● un manico con il quale applicare la forza di trazione ● una pompa a vuoto costruita nel manico della coppetta;	400

Si intende esplicitamente apposta, ai sensi dell'articolo 79, all. II.5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sue successive modifiche ed integrazioni, la clausola "o equivalente".

Tutte le condizioni che disciplinano la presente procedura sono riportate nel Disciplinare di gara.