
FORNITURA DI DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO PER LE
ESIGENZE DI AST MACERATA

CAPITOLATO SPECIALE

1. Definizioni –

Il presente Capitolato intende disciplinare la fornitura di dispositivo per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo, di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura.

L'appalto è disciplinato in lotto unico, per la motivazione descritta nel Disciplinare di gara.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura:

Caratteristiche di minima

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>Q.tà 24 mesi</u>
<u>DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO</u> • Il dispositivo deve essere di tipo otturatorio utilizzato come sling sub-uretrale per il trattamento dell'Incontinenza Urinaria da Sforzo (IUS); • Il dispositivo deve essere di tipo monouso nella totalità dei suoi componenti (guida otturatoria, tunnellizzatori elicoidali e rete protesica). • Il dispositivo monouso deve essere formato da un nastro in polipropilene monofilamento (PROLENE) tagliato al laser di dimensioni non inferiore di 1.1 cm x 45 cm ricoperto da una guaina di polietilene tagliata e sovrapposta al centro con due tunnellizzatori in plastica monouso collegati a ciascuna estremità del nastro. • Il nastro deve avere spessore non inferiore di 0,7 mm costituito da filamenti di polipropilene estruso, lavorati a maglia di composizione identica a quello della sutura chirurgica non assorbibile. • I tunnellizzatori elicoidali devono essere in acciaio inossidabile a filo curvo con impugnatura in plastica monouso, forniti sia destri che sinistri e preassemblati al dispositivo otturatorio. • La tecnica di posizionamento del dispositivo deve essere di tipo trans-otturatorio dell'interno verso l'esterno (in-out). • Guida otturatoria atraumatica con alette, in acciaio inossidabile monouso. • Il prodotto deve essere fornito privo di lattice sia nei suoi componenti che nel confezionamento e nel processo produttivo	50

