



PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO VARIO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA. RDO MEPA

1. Definizioni

Il presente Capitolato intende disciplinare la fornitura di Strumentario vario per le esigenze dell'AST Macerata di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura

DESCRIZIONE MATERIALE	Q.TA' 24 MESI
Pinza modulare SATINSKY composta da: • Inserto con morso satinato curvo a sinistra 45 mm e lunghezza complessiva inserto 385 mm • Asta in acciaio satinata diametro 10mm lunghezza 305 mm • Impugnatura ad anelli angolata, con doppio meccanismo di apertura e presa ergonomica Con ghiera rotante, cremagliera a leva facilmente inseribile, clampaggio micrometrico e preciso a perfetta tenuta.	2
Porta Aghi Autocentrante non modulare, in acciaio satinato con morso in titanio concavo per l'auto posizionamento dell'ago. Impugnatura retta, ergonomica palmare con sgancio della cremagliera in basso, a indice e meccanismo antigrippaggio che preserva il tirante interno dalle rotture. Lunghezza complessiva 335 mm d Diametro di lavoro 5 mm	1
Pinza Endonasale bipolare Dessi con morso angolato verso l'alto di 30° con estremità leggermente piatte per consentire anche la presa dei tessuti ("tipo antenne di formica", chiusura del morso perfettamente parallela in modo che la coagulazione sia omogenea, e ritorno a molla. Impugnatura ad anelli ergonomica con presa larga. Canale di lavaggio per garantire pulizia accurata dell'intercapedine interna. Lunghezza operativa 120 mm	2