

FORNITURA DI SISTEMA DI DRENAGGIO PLEURICO PERCUTANEO PER LE ESIGENZE DI AST MACERATA

CAPITOLATO SPECIALE

1. Definizioni –

Il presente Capitolato intende disciplinare la fornitura di Sistema di drenaggio pleurico percutaneo di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura.

L'appalto è disciplinato in lotto unico, per la motivazione descritta nel Disciplinare di gara.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura:

Descrizione	Q.tà 36 mesi
Sistema di drenaggio pleurico percutaneo in diverse misure e configurazioni, composto da: - Ago percutaneo atraumatico tipo Verres in acciaio con indicatore di sicurezza. - Catetere percutaneo con doppia valvola unidirezionale integrata. - Cannula in poliuretano con un foro distale e 3 laterali, misure da 9/ 12/15 CH, radiopaco, antitaglio, antikinking. - Attacco a baionetta per connessione a linea per il controllo remoto del drenaggio. Funzione push and pull per attivazione immediata del drenaggio - Adattatore luer lock / maschio per connessioni a drenaggio toracico o sacca - Siringa da 30 ml con attacco L/L: Sistema completo di tutti gli accessori necessari al suo utilizzo. - Sacca di raccolta graduata, con valvola anti-reflusso. - Dispositivo conforme alla norma UNI EN 1617 e EN 1618, - Classificazione direttive 93/42 CEE e 2007/47 CE; - Confezione singola sterile, pronto all'uso.	312
Sistema di drenaggio pleurico percutaneo tunnellizzabile composto da: - Catetere: poliuretano di grado medicale totalmente radiopaco di diametro 15 ch (5.5mm) e lunghezza 60mm, pig tail, cuffia di protezione integrata - Ago di Verres: acciaio inox; - Raccordo valvolato e capsula: ABS e PE; - Sacca di raccolta da 600 ml: PVC - Siringa: Polipropilene; - Bisturi: ABS e acciaio inox - Pinza stringitubo: nylon e fibra di vetro;	54

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Pad anti-decubito: PE, PL- Cerotto di fissaggio: Poliuretano, PE- I dispositivi sono privi di lattice naturale e ftalati.- Biocompatibilità Il drenaggio percutaneo risponde ai requisiti specifici della norma EN ISO 6- Monouso - non risterilizzare e/o riutilizzare- Il Sistema Qualità è conforme agli standard ISO 13485. I drenaggi percutanei sono certificati con il Marchio CE 0123. | |
|---|--|

Il Sistema può essere completato con i seguenti accessori: kit drenaggio per gravità e kit drenaggio alto vuoto.