
FORNITURA DI CATETERI OMBELICALI PER LE ESIGENZE DI AST MACERATA

CAPITOLATO SPECIALE

1. Definizioni –

Il presente Capitolato intende disciplinare la fornitura di cateteri ombelicali di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura.

L'appalto è disciplinato in lotto unico, per la motivazione descritta nel Disciplinare di gara.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura:

Descrizione	Quantità
	36
Catetere ombelicale monolume in poliuretano radiopaco utilizzato nei neonati e nei prematuri varie misure - Devono essere muniti di un rubinetto a 2 vie e di due reperi di identificazione in ABS (rosso per l'uso arterioso, blu per quello venoso) - Con marcatura centimetrica numerica da 4 a 25cm - Latex free - Assenza di ftalati - Sterili - Classe CE IIa - Conformità di legge: Direttiva CE 93/42 (e s.m.i.) e D.Lgs 46/97 (e s.m.i.) (e/o Regolamento UE 2017/745)	324

Si precisa che l'affidamento si riferisce ad una fornitura a misura, disciplinata a consegne ripartite.

Tutte le condizioni che disciplinano la presente procedura sono riportate nel Disciplinare di gara