

FORNITURA DI KIT BIOPSIA CONVEX PER ECOGRAFO PHILIPS ELITE PER LE ESIGENZE DI AST MACERATA

CAPITOLATO SPECIALE

1. Definizioni –

Il presente Capitolato per la fornitura di Kit biopsia convex per ecografo Philips Elite, di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

Si richiama il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del D.LGS. 36/2023 e allegato II.V

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura.

L'appalto è disciplinato in lotto unico, per la motivazione descritta nel Disciplinare di gara.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura:

KIT BIOPSIA SONDA CONVEX PER ECOGRAFO PHILIPS ELITE

DESCRIZIONE	Q,tà 24 mesi
Kit per procededure ecoguidate composto da guida ago, guaina coprisonda telescopica in Civ-flex 14/91.5 cm, telino per campo sterile ed elastici di fissaggio. Sistema guida ago composto da due selettori a sezione variabile, uno che accetta strumenti da 11 a 15 Gauge, l'altro per strumenti da 16 a 22 Gauge, presenza di sistema di rilascio dell'ago mediante sgancio del dispositivo (o equivalente)	120
Kit per procededure ecoguidate composto da guida ago, guaina coprisonda telescopica in Civ-flex 14/147 cm, telino per campo sterile ed elastici di fissaggio. Sistema guida ago composto da 10 selettori di sezione (8,5 Fr., da 14 a 23 Gauge), presenza di sistema di rilascio dell'ago mediante sgancio del dispositivo (o equivalente)	120

