

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
MACERATA

Oggetto: **Next Generation EU - PNRR MISSIONE M6C2 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" – Entrata in funzione delle Grandi Apparecchiature di competenza dell'AST Macerata - Ammodernamento Sistemi Tomografia Computerizzata – CUP F89I22000240007 – Installazione di una TAC 128 strati presso l'Ospedale di Macerata.**

VISTA la DGRM n. 1625 del 10/11/2023 con la quale il Dott. Marco Ricci è stato nominato Direttore Generale dell'AST di Macerata;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione.

DETERMINA

1. Di dare atto della messa in funzione di una TAC 128 strati modello Somatom X.Cite Syngo CT VA40 di produzione Siemens Healthcare srl presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini dell'Ospedale di Macerata, finanziata con fondi PNRR – linea di investimento M6C2 I1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature" (CUP F89I22000240007 – CIG 99739793D9);
2. Di approvare la dichiarazione allegata (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare la scheda Agenas relativa all'intervento "Ammodernamento Sistemi Tomografia Computerizzata – Presidio Ospedaliero Unico di Macerata" – CUP F89I22000240007 aggiornata a seguito di rimodulazione;
4. Di dare atto della riconducibilità degli atti come meglio specificati nel documento istruttorio al fine del rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal Regolamento UE n. 241/2021, ad integrazione degli stessi nelle parti nelle quali non siano stati indicati tutti i riferimenti relativi al PNRR richiesti dalla normativa, nello specifico: titolo del progetto, dicitura "Finanziato dalla Unione Europea – Next Generation EU", CUP, logo della UE;



5. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, in qualità di Referente Unico della Regione Marche attraverso il caricamento su piattaforma unica di monitoraggio, rendicontazione e controllo Regis;
6. Di prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico del Bilancio Aziendale;
7. di dare atto infine che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. n. 19 dell'08.08.2022;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022.

Il Direttore Generale
Dott. Marco Ricci

Il Direttore Amministrativo
Dott. Milco Coacci

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Daniela Corsi

Il Direttore Socio-Sanitario
Dott. Giancarlo Cordani

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regolamento UE 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020** che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;
- **Decreto Legge n. 59 del 06/05/2021**, coordinato con la legge di conversione n. 101 del 01/07/2021 *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;
- **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/07/2021** con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- **Decreto legge n. 77 del 31/05/2021**, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29/07/2021 *"Governance del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e prime misure id rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- **Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 13/SAN del 30/07/2021** *"PNRR in ambito sanitari – istituzione della cabina di regia e dei gruppi di lavoro tematici"*;
- **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021** *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"*;
- **Decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/09/2021** di istituzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 05/06/2003, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari, sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 12/01/2022 (Rep. Atti n. 1/CSR del 12/01/2022);
- **RGS – Prot. 22116 del 10/02/2022** avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"
- **DGRM n. 162 del 21/02/2022** avente ad oggetto *"Attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M6C2: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – definizione degli interventi e dei sub-investimenti: 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) e 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)"*;
- **DGRM n. 656 del 30/05/2022** avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Componenti 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 271 del 14/03/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"*;
- **DGRM n. 812 del 27/06/2022** avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute – Recepimento Contratto Istituzione di Sviluppo"*;



- **DGRM n. 970 del 27/07/2022** avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute – Componenti 1 e 2: Approvazione delega delle attività e ripartizione risorse agli enti del Sistema Sanitario Regionale";
- **Determina DG/ASUR n. 128 del 25/02/2022** avente ad oggetto "PNRR M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: COT – Device PNRR – Interconnessione aziendale – M6.C2 1.1.1 e M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Approvazione schede";
- **Determina DG/ASUR n. 537 del 10/08/2022** avente ad oggetto "DGRM n. 970 del 27 luglio 2022 – PNRR – Missione 6 Salute – Componenti 1 e 2 : Approvazione delega delle attività e ripartizione risorse agli Enti del Sistema Sanitario Regionale". Recepimento e determinazioni conseguenti.";
- **Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022** avente ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale";
- **Determina DG/ASUR n. 561 del 07/09/2022** avente ad oggetto "PNRR M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Provvedimento di sostituzione Responsabili Unici del Procedimento";
- **D.G.R. n. 559 del 28/04/2023** recante ad oggetto: "Prime indicazioni per l'attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 concernente 'Regolamento recante la definizione dei modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale'";
- **D.G.R. n. 1188 del 08/07/2023** recante ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Componenti 1 e 2: Aggiornamento Piano Operativo Regionale (POR), approvato con D.G.R. n. 656 del 30/05/2022"
- **D.G.R. n. 2056 del 28/12/2023** recante ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – C1|1.1; C1|1.2.2; C1|1.3; C2|1.1.1; C2|1.1.2; C2|2.2 (b); PNC E.2: Aggiornamento delega delle attività e ripartizione risorse agli Enti del Sistema Sanitario Regionale a seguito dell'approvazione della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 e dell'aggiornamento del POR approvato con DGR n. 1188/2023."
- **Decreto legislativo n. 36/2023** e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- **Linee guida** per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C2-6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie" – Investimento :M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento: M6C2 I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature – Versione 01 del 26/02/2024
- **D.G.R. n. 1376 del 16/09/2024** avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Componenti 1 e 2: Aggiornamento Piano Operativo Regionale (POR), approvato con D.G.R. n. 656 del 30/05/2022 e modificato con D.G.R. n. 1188 del 07/08/2023"

MOTIVAZIONE – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Missione 6 Salute del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due componenti:

- Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale
- Componente 2: Innovazione, ricerca, e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

In particolare, la linea di investimento M6C2 I1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature" è compresa nella Componente 2 ed è finalizzata al rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) nella rete ospedaliera nazionale.

Per quanto riguarda la Regione Marche, con DGR n. 162 del 21/02/2022, sono stati definiti gli interventi da attuare sul territorio regionale nell'ambito del sub investimento "M6C2 I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" e con DGR n. 656 del 30/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR), in cui sono elencate le grandi apparecchiature da installare sul territorio regionale.

Con D.G.R. 970 del 27/07/2022, modificata con D.G.R. 2056 del 28/12/2023, l'AST Macerata è stata delegata



dalla Regione Marche come soggetto attuatore esterno per l'attuazione di n. 5 interventi aventi ad oggetto l'acquisizione di grandi apparecchiature:

- Ammodernamento sistemi tomografia computerizzata (CUP F89I22000240007)
- Ammodernamento PET/TC (CUP F89I22000220007)
- Ammodernamento acceleratori lineari (CUP F89I22000270006)
- Ammodernamento sistemi polifunzionali per radiologia (CUP F89I22000250007)
- Ammodernamento gamma camera/TAC (CUP F89I22000280007).

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 128/ASURDG del 25/02/2022 sono stati definiti gli interventi di competenza di ciascuna Area Vasta, e quindi anche dell'Area Vasta 3 di Macerata (sostituita dall'AST Macerata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022) e sono state approvate le schede Agenas relative ai singoli interventi rientranti nella Missione 6 – Componente 2, tra cui quello finalizzato all'installazione di una TAC 128 strati presso l'Ospedale di Macerata (CUP F89I22000240007), con il relativo quadro economico e la fissazione del target al T4 2024 (31/12/2024).

Con la medesima determina n. 128/ASURDG del 25/02/2022 è stato individuato come RUP per la presente procedura la Dott.ssa Zelinda Giannini, Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica dell'AST Macerata.

Nella scheda approvata relativamente all'acquisto in questione veniva indicata, come modalità attuativa dell'intervento, l'acquisizione mediante procedura centralizzata Consip.

Con determina n. 115/AST_MC del 06/02/2023 veniva autorizzata l'adesione all'Accordo Quadro Consip ID 2171 – Fornitura di Tomografi Computerizzati (TC) - lotto 2 (TC avanzata) previa valutazione di idoneità della tecnologia offerta dal primo aggiudicatario GE Medical Systems, ritenuta rispondente alle esigenze cliniche dell'U.O. destinataria nella configurazione descritta nella citata determina.

A seguito dell'autorizzazione all'adesione al citato AQ, il RUP procedeva ad emettere la richiesta preliminare di fornitura, propedeutica all'effettuazione del sopralluogo congiunto necessario per la predisposizione di un "progetto di massima" e della successiva emissione dell'ordine.

Prima dello svolgimento del sopralluogo da parte del fornitore primo aggiudicatario, quest'ultimo comunicava, con nota acquisita al Prot. 21450 del 02/03/2023, che il quantitativo di apparecchiature disponibili nel lotto 2 era andato esaurito e pertanto l'AST di Macerata non ha potuto procedere all'acquisto del Tomografo.

Successivamente si procedeva tempestivamente all'emissione di una richiesta preliminare di fornitura, nell'ambito della medesima iniziativa Consip ID 2171 - Tomografi Computerizzati (TC) Ed. 2 - Lotto 2, al fornitore secondo aggiudicatario Canon Medical Systems, al fine di scongiurare il pericolo di esaurimento del quantitativo disponibile.

Nelle more dello svolgimento del sopralluogo da parte del fornitore, è stato accertato, giusto chiarimento del Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi, che in base a quanto stabilito dal Ministero della Salute "le tecnologie ritenute ammissibili a valere delle risorse assegnate all'interno del PNRR sono esclusivamente le CT a 128 strati".

Pertanto, con nota Prot. 30534 del 22/03/2023, il RUP comunicava al fornitore la rinuncia al sopralluogo ed alla richiesta preliminare di fornitura, stante l'impossibilità di acquisire con i fondi PNRR la tipologia di TC aggiudicata. Successivamente veniva attivata sulla piattaforma CONSIP l'iniziativa "Accordo Quadro Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi Computerizzati (TC) – lotto 2 – ID 2533".

Con nota acquisita al Prot. ID 2326720 del 21/07/2023, l'Ing. Maria Costantino, Dirigente del Servizio Ingegneria Clinica, comunicava al RUP di aver sottoposto a valutazione la TC offerta dal primo aggiudicatario Siemens



Healthcare srl, congiuntamente al Dott. Leonardo Costarelli, Direttore dell'UOC Diagnostica per Immagini, ed alla Dott.ssa Sara Fattori, Direttore del Servizio di Fisica Medica dell'AST Macerata.

A seguito di tale valutazione l'apparecchio offerto dalla ditta Siemens (modello Somatom X.Cite) veniva ritenuto pienamente rispondente alle specifiche esigenze cliniche dell'U.O. destinataria nella seguente configurazione:

Denominazione	MARCA	MODELLO	Importo (iva esclusa)
Tomografo Computerizzato	Siemens Healthcare GMBH	SOMATOM X.Cite	€ 379.000,00
OPZIONI			
Denominazione	MARCA		
Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la postelaborazione di studi TC	Siemens Healthcare GMBH		€ 49.500,00
Pacchetto Software Cardio/vascolare	Siemens Healthcare GMBH		€ 34.000,00
Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)	Siemens Healthcare GMBH		€ 9.000,00
Pacchetto Software Polmonare 1	Siemens Healthcare GMBH		€ 7.500,00
Pacchetto Software Polmonare 2	Siemens Healthcare GMBH		€ 7.500,00
Pacchetto Software Neurologico	Siemens Healthcare GMBH		€ 14.500,00
Pacchetto Software Addome 1	Siemens Healthcare GMBH		€ 7.000,00
Pacchetto Software Addome 2	Siemens Healthcare GMBH		€ 7.000,00
TOTALE (IVA esclusa)			€ 515.000,00

Nella stessa nota veniva segnalata la necessità di acquisire, inoltre, il pacchetto opzionale aggiuntivo "Pacchetto di Interventistica 3D", reso disponibile sulla piattaforma Consip ma non compreso tra i dispositivi opzionali che possono essere inseriti nella configurazione di acquisto, per un importo di € 37.000,00 IVA esclusa. Per l'acquisto di tale accessorio sarà necessario emettere un apposito ordinativo Consip.

Con nota e-mail acquisita al prot. ID 2326719 del 21/07/2023 la Direzione Generale AST autorizzava il RUP a procedere all'adesione all'AQ Consip sopra citato con tempestività, al fine di scongiurare il rischio di esaurimento delle disponibilità delle tecnologie fornite dal primo aggiudicatario.

Pertanto, si procedeva all'emissione di due distinti ordinativi telematici tramite piattaforma Consip (Ordinativo di fornitura/Contratto di fornitura):

- Ordine n. 7352508 del 20/07/2023 per l'importo di € 379.000,00 iva esclusa, per l'acquisto del TC 128 strati
- Ordine n. 7366608 del 01/08/2023 per l'importo di € 173.000,00 iva esclusa, per l'acquisto degli accessori e dispositivi opzionali necessari rispetto alle specifiche esigenze cliniche.

L'AST Macerata, con determina n. 1037/AST_MC del 13/09/2023, ha preso atto dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Consip ed ha approvato l'emissione degli ordinativi per l'acquisto di una TAC 128 strati modello Somatom X.Cite di produzione Siemens nella seguente configurazione:

- TAC modello Somatom X.cite genral purpose/cardio con i servizi connessi (sopralluogo e attività connesse, consegna ed installazione, collaudo/verifica di conformità; formazione base del personale, ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizio di assistenza e manutenzione full



risk per un periodo di 12 mesi)

- Software polmonare modello Syngo.ct Lung CAD
- Pacchetto di interventistica 3D
- Sistema server per la post elaborazione di studi CT modello Syngo.via Server L
- Software cardio/vascolare modello Syngo.CT Coronary Analysis
- Software per procedure TAVI modello Syngo.ct Tavi Valve Pilot
- Software polmonare 2 modello Syngo.ct Pulmo 3D
- Software neurologico modello Syngo.ct neuro perfusion
- Software addome 1 modello Syngo.ct Colonography
- Software addome 2 modello Syngo.ct Segmentation

Si dà atto che, rispetto alla scheda AGENAS approvata con determina ASURDG n. 128 del 25/02/2022 e successivamente validata dalla Regione, il quadro economico ha subito delle modifiche conseguenti all'importo di effettiva aggiudicazione.

La spesa complessiva sostenuta per l'acquisto della TAC 128 strati e per i relativi accessori è risultata superiore rispetto a quanto previsto e stimato nella scheda Agenas iniziale.

Anche l'importo da liquidare per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, calcolati in base al regolamento aziendale in vigore ed alle qualifiche dei soggetti coinvolti, tenuto conto che trattandosi di adesione a Convenzione Consip, i presupposti per l'applicazione degli incentivi sono stati riconosciuti soltanto per la fase dell'esecuzione, è risultato superiore rispetto a quello quantificato nella scheda Agenas.

Si dà atto, inoltre, che per l'apparecchiatura in oggetto, sia nella scheda Agenas che nell'emissione dell'ordinativo Consip, era stata applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22%, tenuto conto che nel 2023 non vi era la certezza che al momento dell'emissione della fattura sarebbe stata ancora applicabile la riduzione dell'aliquota IVA in base a quanto disposto dalla Legge 178/2020.

Al momento dell'emissione dell'ordine contabile (giugno 2024) si è invece verificato che la TAC 128 strati rientra nella tipologia "tomografo computerizzato" in base al codice TARIC associato, e pertanto è soggetta all'applicazione dell'IVA agevolata con aliquota del 5%, come previsto nella tabella A – parte II bis del DPR 633/1972.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è verificata una spesa eccedente rispetto al finanziamento iniziale, ma si dà atto che tale eccedenza, pari ad € 55.168,30, può essere coperta con le economie realizzate negli altri interventi relativi alla stessa linea di finanziamento M6C2 1.1.2 di competenza dell'AST Macerata.

Le modifiche rispetto al quadro economico iniziale sono state oggetto di due specifiche richieste di rimodulazione trasmesse all'Unità di Missione tramite il Referente Unico della Regione Marche:

- I° richiesta trasmessa con nota del Direttore Generale AST Macerata prot. 65896 del 24/05/2024, approvata dal Tavolo Istituzionale con nota UMPNRR n. 3093 del 07/08/2024
- II° richiesta trasmessa con nota del Direttore Generale AST Macerata prot. 115522 del 20/09/2024, approvata dal Tavolo Istituzionale come da procedura indicata nella nota UMPNRR n. 4691 del 06/12/2024.

Le citate rimodulazioni hanno portato alla definizione del quadro economico finale come di seguito riportato:

INTERVENTO CUP F89I22000240007 – TAC 128 STRATI



VOCI DI COSTO	IMPORTO DEL QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE DA SCHEDA AGENAS APPROVATA CON DET. 128/ASURDG DEL 25/02/2022	IMPORTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA I RIMODULAZIONE	IMPORTO QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ED OGGETTO DI II RIMODULAZIONE
<i>APPARECCHIATURE</i>	€ 433.658,00	€ 552.000,00	€ 552.000,00
<i>IMPORTO FORNITURA APP. PRINCIPALE</i>	€ 335.000,00	€ 379.000,00	€ 379.000,00
<i>IMPORTO ACCESSORI OPZIONALI</i>	€ 95.658,00	€ 173.000,00	€ 173.000,00
<i>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	---	---	---
<i>INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016</i>	€ 937,00	€ 937,00	€ 1.298,30
<i>SMONTAGGIO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE (EVENTUALE)</i>	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<i>IVA</i>	€ 95.405,00	€ 92.800,00	€ 28.370,00
<i>TOTALE</i>	€ 530.000,00	€ 649.237,00	€ 585.168,30
IMPORTO ECCELENTE IL FINANZIAMENTO INIZIALE € 55.168,30 - copertura tramite economie registrate sugli altri CUP relativi alla stessa linea di intervento M6C2 1.1.2			

Si dà atto che, prima di procedere all'installazione dell'apparecchiatura, l'AST Macerata ha proceduto tramite TD su piattaforma Mepa all'affidamento del servizio di smontaggio e smaltimento dell'apparecchiatura TAC preesistente presso l'Ospedale di Recanati, dichiarata fuori uso (TAC modello Hi Speed NX/I di produzione GE Medical Systems – numero di serie A5371106 – installata nel 2002).

Con determina n. 139-ACQ/ASTMC del 02/12/2024 è stato preso atto della rimozione e smaltimento dell'apparecchiatura sostituita, e tali attività sono state svolte nel rispetto dei criteri di DNSH previsti per l'attuazione del PNRR, come risulta dalla documentazione in atti presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AST Macerata.

La consegna da parte del fornitore aggiudicatario (Siemens Healthcare srl) è avvenuta in data 28/10/2024 (rif. DDT n. SIM41062894812 del 17/09/2024), con successiva installazione dell'apparecchiatura (modello Somatom X.Cite – S/N 123678), e svolgimento delle previste attività di formazione al personale utilizzatore.

Il Responsabile della Fisica Medica dell'AST Macerata (esperto in radioprotezione) ha emesso il certificato di autorizzazione all'installazione in data 11/09/2023 e l'autorizzazione alla messa in uso della TAC in data 13/11/2024.

In data 15/11/2024 il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed i verificatori di conformità (nominati con determina n. 948/ASURDG del 29/12/2022, hanno sottoscritto il verbale di verifica di conformità con esito positivo e senza riserve, pertanto a partire da tale data l'apparecchiatura è stata regolarmente messa in funzione.

In data 15/11/2024 l'attrezzatura è stata messa in funzione con l'utilizzo sul primo paziente.

Si dà atto che nello svolgimento della procedura per l'acquisizione della tecnologia in oggetto, finanziata con fondi PNRR, è stato assicurato il rispetto dei principi trasversali previsti dalla normativa che disciplina il PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il rispetto del DNSH (do no significant Harm), come risulta dalla documentazione acquisita agli atti.



Con riferimento al tagging per gli obiettivi "green" e "digital", si dà atto che nel POR approvato con DGR della Regione Marche n. 656 del 30/05/2022 è riportato che per tutti gli investimenti rientranti nella Missione M6C2 – I 1.1.2 (Grandi apparecchiature) il coefficiente assegnato agli obiettivi "green" e "digital" è pari a 0% sulla base delle linee guida comunitarie, pertanto non ci sono obblighi specifici finalizzati al rispetto del tag per il sostegno climatico e digitale.

Si dà atto, infine, che la documentazione necessaria per la comprova del raggiungimento del Target secondo quanto previsto nelle Linee Guida (versione 01 del 26/02/2024) è stata acquisita agli atti ed è conservata presso l'UOC Acquisti e Logistica dell'AST Macerata ed è stata caricata su piattaforma Regis.

Si richiamano, altresì, gli atti di seguito indicati, al fine della riconducibilità degli stessi al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal Regolamento UE n. 241/2021, dando atto che il presente provvedimento integra gli stessi nelle parti nelle quali non sono stati indicati tutti i riferimenti relativi al PNRR richiesti dalla normativa, nello specifico: titolo del progetto, dicitura "Finanziato dalla Unione Europea – Next Generation EU", CUP, logo della UE.

- **Determina n. 1037/AST_MC del 13/09/2023** avente ad oggetto "PNRR MISSIONE M6C2 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" - Ammodernamento sistemi tomografia computerizzata – CUP F89I22000240007. Autorizzazione Adesione AQ Consip".
- Ordine Consip n. 7352508 del 20/07/2023
- Ordine Consip n. 7366608 del 01/08/2023

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente atto:

1. Di dare atto della messa in funzione di una TAC 128 strati modello Somatom X.Cite Syngo CT VA40 di produzione Siemens Healthcare srl presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini dell'Ospedale di Macerata, finanziata con fondi PNRR – linea di investimento M6C2 I1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature" (CUP F89I22000240007– CIG 99739793D9);
2. Di approvare la dichiarazione allegata (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare la scheda Agenas relativa all'intervento "Ammodernamento Sistemi Tomografia Computerizzata – Presidio Ospedaliero Unico di Macerata" – CUP F89I22000240007 aggiornata a seguito di rimodulazione;
4. Di dare atto della riconducibilità degli atti come meglio specificati nel documento istruttorio al fine del rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal Regolamento UE n. 241/2021, ad integrazione degli stessi nelle parti nelle quali non siano stati indicati tutti i riferimenti relativi al PNRR richiesti dalla normativa, nello specifico: titolo del progetto, dicitura "Finanziato dalla Unione Europea – Next Generation EU", CUP, logo della UE;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, in qualità di Referente Unico della Regione Marche attraverso il caricamento su piattaforma unica di monitoraggio, rendicontazione e controllo Regis;
6. Di prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico del Bilancio Aziendale;



7. di dare atto infine che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. n. 19 dell'08.08.2022;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022.

Il Responsabile Unico del procedimento
Dott.ssa Zelinda Giannini

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E DI LEGITTIMITA'

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale AST.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

☒ INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati specificati nel campo "allegati")

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Attestazione Contabile
2. Allegato 2 – Dichiarazione di entrata in funzione dell'apparecchiatura
3. Scheda Agenas aggiornata

