
**AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023) PER FORNITURA DI CLIP PER EMOSTASI
ENDOSCOPICA CON APPLICATORE PER LE ESIGENZE DELL'AST MACERATA**

CAPITOLATO SPECIALE

1. Definizioni –

Il presente Capitolato intende disciplinare la fornitura di clip per emostasi endoscopica con applicatore, di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura riferite al lotto unico

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura.

Descrizione	QUANTITA' 24 MESI
Clip per emostasi endoscopica delle vie digerenti 90° e 135° apertura clip circa 6, 7,5, 9 mm	3680
Applicatore monouso rotante per gastro canale operativo 2.8 mm lunghezza operativa 1650 mm, diametro max sonda 2.75 mm	350
Applicatore monouso rotante per colonscopio intermedio e gastroscopio canale operativo 2.8 mm lunghezza operativa 1950 mm, diametro max sonda 2.75 mm	
Applicatore monouso per colonscopio lungo/intermedio e gastroscopio canale operativo 2.8 mm lunghezza operativa 2300 mm, diametro max sonda 2.75 mm	

L'appalto è disciplinato in lotto unico, per la motivazione descritta nel Disciplinare di gara.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura riferite al lotto

Si precisa che l'affidamento si riferisce ad una fornitura a misura, disciplinata a consegne ripartite.

Tutte le condizioni che disciplinano la presente procedura sono riportate nel Disciplinare di gara.