



**PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI PROTESI CHIRURGICHE PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA
SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA**

1. Definizioni –

Il presente Capitolato intende disciplinare la fornitura di protesi chirurgiche per le esigenze dell'AST Macerata di cui si riportano le caratteristiche di minima ritenute essenziali.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni descritte nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

2. Descrizione delle caratteristiche di Fornitura.

L'appalto è disciplinato in lotto unico per la motivazione descritta nel Disciplinare di gara.

Si riporta la descrizione delle caratteristiche di minima della fornitura riferite al lotto

Indicazione d'Uso	Riparazione di ernie e laparoceli	Fabbisogno 24 mesi
Composizione	Rete composta da:	156
	- Fibre di polipropilene monofilamento leggero	
	- Struttura macroporosa a maglia stretta	
	- Fibre di acido poliglicolico intrecciate a formare rete doppia	
	- Lato in acido poliglicolico rivestito di idrogel bioassorbibile	
Assorbibilità	Parzialmente assorbibile	
Forma	Ellissoidale	
Sistema di posizionamento	Premontato, pneumatico di gonfiaggio a palloncino, rimosso dopo il fissaggio	
Materiale non assorbibile residuo	51 g/m ²	
Misure	- 10 x 15 cm - 15 x 20 cm - 18 x 23 cm - 20 x 25 cm - 26 x 33 cm	

Tutte le condizioni che disciplinano la presente procedura sono riportate nel Disciplinare di gara.