

AREA AMMINISTRATIVA



U.O.C. Acquisti e Logistica

Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco
Via Zeppilli, 18 - Fermo
Tel.: 0734 625 2887 Fax: 0734 625 2830
e-mail: fulvio.decicco@sanita.marche.it PEC
areavasta4.asur@emarche.it

ASUR AV 4 FERMO – AVVISO DI GARA E CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO OGGETTO: FORNITURA OCT CON MODULO OCTA

Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 D. Lgv. 50/2016 in relazione all'oggetto di appalto sotto descritto, allo scopo di individuare: 1) informazioni utili alla definizione dell'oggetto dell'appalto, se del caso; 2) operatori economici interessati per eventuale procedura negoziata o sotto soglia anche a mezzo RDO MePa, se del caso.

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Unica Regionale Regione Marche – Area Vasta 4 di Fermo 63900 – Via Zeppilli, 18; Direttore Acquisti/Logistica Dott. Fulvio De Cicco fulvio.decicco@sanita.marche.it <http://www.asl11.marche.it/home.asp> ;
<http://156.54.71.86/web/guest/amministrazione-trasparente> ; RUP Dott. Ester Narcisi-
estre.narcisi@sanita.marche.it ;

Sezione II oggetto dell'appalto: descrizione delle prestazioni: Angio Oct (OCTA) che consenta di studiare la morfologia vascolare retinica senza utilizzo di mezzi di contrasto, come da specifiche tecniche allegate o equivalente; luogo esecuzione Area Vasta 4 di Fermo, provincia di Fermo (FM)- UOC Oculistica Presidio Ospedaliero "Murri" di Fermo; no accordo quadro; lotto unico; importo complessivo presunto € 80.000,00 + IVA 22% .-

Sezione III informazioni di carattere giuridico ed economico: l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016.-

Sezione IV altre informazioni: eventuali informazioni possono essere chieste al RUP sopra indicato; **la documentazione richiesta, che importerà manifestazione di interesse in caso di successiva procedura ad inviti, deve essere inviata a mezzo PEC areavasta4.asur@emarche.it entro e non oltre il giorno 09/7/2019**, e deve contenere la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante in modalità digitale oppure, in alternativa, in forma olografa con allegazione di PDF del documento di identità personale: **A) autodichiarazione resa ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti generali** di cui all'art.80 D. Lgv. 50/2016; **B) estratto del CCIAA**; **C) proposta tecnica preliminare** (massimo n°10 facciate) comprensiva di: descrizione delle prestazioni e/o beni e comprovante il possesso delle specifiche tecniche minime ai sensi dell'art. 68 D. Lgv. 50/2016; **D) proposta economica preliminare**, comprensiva di

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 4 Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM

Comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegranaro, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Materano, Sant'Elpidio a Mare, Servigiano, Smerillo, Torre San Patrizio.

prezzi unitari e quotazione complessiva presunta riferita alle quantità ed alla durata sopra indicati; E) menzione dell'eventuale iscrizione a MePa per la categoria merceologica oggetto dell'appalto.

Non sono ammissibili proposte parziali (riferite solo ad alcuni lotti o sub-lotti) o alternative, fatta salva la successiva valutazione della Stazione Appaltante sulla composizione finale (del lotto o dei sub-lotti) nonché l'applicazione del principio di equivalenza tecnica, se pertinente. E' facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti o approfondimenti scritti o mediante incontri diretti con i candidati idonei, con preavviso minimo di gg. n°7 solari. Il mancato riscontro a convocazioni o richieste di approfondimento importerà interruzione del dialogo tecnico, fatto salvo in ogni caso il successivo invito in caso di procedura di gara ad invito ai candidati comunque risultati idonei. Degli eventuali incontri ed esiti della consultazione sarà tenuta verbalizzazione sintetica.

Esiti della consultazione:

- a. Le proposte resteranno riservate. Degli eventuali incontri ed esiti della consultazione sarà tenuta verbalizzazione sintetica, che potrà essere oggetto di accesso solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, se espletata;
- b. La Stazione Appaltante, in caso di importo complessivo presunto inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c D. Lgv. 50/2016 (€ 40.000,00 + IVA) oppure in caso di fattispecie di cui all'art. 63 D. Lgv. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando), si riserva di procedere a negoziazione, anche diretta, mediante utilizzo dei seguenti criteri selettivi elencati, se pertinenti, in ordine di priorità: 1 iscrizione a MePa per la categoria merceologica oggetto dell'appalto; 2 offerta economica preliminare inferiore all'importo presunto; 3 massimo pregio tecnico complessivo; 4 convenienza dell'offerta economica preliminare a parità di pregio tecnico;
- c. Qualora l'importo complessivo presunto risultasse inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c D. Lgv. 50/2016, nel caso in cui le manifestazioni di interesse idonee fossero inferiori a n°5, la Stazione Appaltante si riserva facoltà di ulteriori inviti fino al raggiungimento di tale numero; nel caso in cui fossero superiori a n°5, si riserva viceversa facoltà di selezionare n°5 operatori da invitare a negoziare, mediante utilizzo dei seguenti criteri elencati, se pertinenti, in ordine di priorità: 1 offerta economica preliminare inferiore all'importo presunto; 2) pregio tecnico complessivo; 3 convenienza dell'offerta economica preliminare a parità di pregio tecnico; 4 partecipazione a tutte le fasi del dialogo tecnico; 5 sorteggio.
- d. Qualora l'importo complessivo presunto risultasse superiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà, se ritenuto, ai sensi dell'art. 59 D. Lgv. 50/2016 con autonoma procedura di affidamento.

Data pubblicazione avviso 19/06/2019

UOC ACQUISTI E LOGISTICA
IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco



Si allega:

- a. Specifiche tecniche

OGGETTO: Fornitura OCT CON MODULO OCTA

- ☐ Sistema OCT A SCANSIONE LASER CONFOCALE con tecnologia Spectral Domain a 85.000 scansione/sec. ed alta risoluzione di immagini; la scansione laser confocale consente non solo di ottenere immagini di risoluzione elevatissima ma di poter effettuare esami anche su pazienti con importanti opacità (cataratta, opacità vitreali, emovitrei...) che con altre tecnologie non potrebbero essere indagati.
- ☐ Modello AUP: PIATTAFORMA TOTALMENTE APERTA ED IMPLEMENTABILE CON TUTTI I MODULI HARDWARE E SOFTWARE PIU' SOTTO ELENCATI. Tale versione consente di non dover piu' sostituire integralmente lo strumento acquisito se dopo qualche anno l'evoluzione tecnologica lo rende obsoleto ma, grazie alla modularità, sarà possibile semplicemente upgradare il sistema con le nuove tecnologie.
- ☐ Sorgente ad infrarosso per la visualizzazione del fondo ad alta risoluzione.
- ☐ Sistema confocale in grado di oltrepassare ogni opacità
- ☐ Funzione follow up che consenta di individuare i piu' piccoli cambiamenti strutturali possibili nel tempo NELL'ORDINE DI 1 MICRON
- ☐ Sistema Eye Tracking attivo a doppio laser in grado di seguire in tempo reale i movimenti dell'occhio del paziente sia in modalità di scansione lineare 2D che volumetrica 3D. Il tutto in tempo reale durante le acquisizioni con riferimenti anatomici reali e senza rielaborazione in post processing.
- ☐ Modulo software GMPE per lo studio della testa del nervo ottico attraverso la misura dello spessore sia dell'RNFL (a tre distanze concentriche dal centro papillare) che del RIM con individuazione automatica del bordo anatomico della testa del nervo ottico ed allineamento automatico sull'asse anatomico fovea/ centro papilla ottica.

- ❑ Dotato di modalita' OCT ANGIOGRAPHY (OCTA) con algoritmo “ FULL SPECTRUM “ ad elevatissima risoluzione in OCTA (5.7 micron laterale, 3.9 micron assiale) per visualizzazione delle strutture microcapillari. Alta risoluzione in contemporanea dell'OCT Bscan strutturale e della mappa vascolare
- ❑ Modalita' di segmentazione dinamica in OCTA per migliore individuazione e valutazione delle aree vascolari intra retiniche.
- ❑ Software in grado di memorizzare e salvare le sezioni customizzate di segmentazione in OCTA per la rapida e precisa individuazione successiva delle stesse aree di interesse in modalita' follw up.
- ❑ Dotato di software SCAN PLANNING TOOL di interfaccia con sistema angiografico Heidelberg Spectralis HRA in nostra dotazione per esami strutturali e vascolari in contemporanea e sovrapposizione.
- ❑ Possibilita' di utilizzo e condivisione di tutto il database pazienti del nostro Spectralis per il proseguimento di TUTTE le linee di follow up.